

Checkliste Hygiene im Dentallabor

zur Desinfektion zum Zwecke des Mitarbeiterschutzes*

Bezeichnung	Quelle	Ja	Nein
1. Labor allgemein			
Leicht zu reinigende Oberflächen/Böden/Arbeitsmittel & regelmäßige Reinigung?	TRBA 500		
Vom Arbeitsplatz getrennte Umkleidemöglichkeit?	TRBA 500		
Mittel zur Wundversorgung vorhanden?	TRBA 500		
2. Desinfektionsarbeitsplatz			
Der Desinfektionsarbeitsplatz ist zweckmäßig und ausreichend groß?	BGI 775/5.1		
Gibt es eine reine/unreine Seite? (Schleusenprinzip)	BGI 775/5.1		
Desinfektionsarbeitsplatz ist eindeutig als solcher erkennbar/gekennzeichnet?	BGI 775/5.1		
Tauchbad-Wanne mit Deckel oder Desinfektionsautomat vorhanden?	BGI 775/5.3.1		
Schutzausrüstung (Schutzbrille, Handschuhe, etc.) vorhanden?	TRBA 500		
Handsprüher mit Flächendesinfektion für Hilfsmittel wie Artikulatoren, Transportbehälter (im Scheuer-Wischverfahren) vorhanden?	BGI 775/5.3.2 BGR 206/5.1		
Händewaschplatz mit Händedesinfektionsmittel im Direktspender (keine desinfizierenden Seifen!) und Hautpflegemittel sowie Einmalhandtücher vorhanden?	BGI 775/5.4.1 BGR 206/9		
Desinfektionsplan hängt aus?	BGI 775/6.3.2		
Sicherheitsdatenblätter und Betriebsanweisungen sind Mitarbeiter zugänglich?	BGI 775/5.4.1 §14 GefStoffV §12 BiostoffV		
Desinfektionsmittel sind ggf. im Gefahrstoffverzeichnis eingetragen?	BGR 206/4.4.4		
3. Anweisungen			
Anweisung, das Jugendliche nur unter Aufsicht; Schwangere und stillende Mütter am Desinfektionsarbeitsplatz nicht arbeiten dürfen?	§4 MuSchRiv §22 JArbSchG		
Anweisung, dass ausschließlich unterwiesene Personen desinfizieren dürfen? Anweisung, dass Flächendesinfektion im Scheuer/Wischverfahren (s. Gutachten) anzuwenden ist und daher für Abformdesinfektion nicht zulässig ist?	BGR 206/4.7.1 BGR 206/4.6.2 BGI 775/5.3.1		
Anweisung, dass am Arbeitsplatz nicht gegessen, getrunken oder geraucht wird?	TRBA 500		
Anweisung, dass vor und nach Arbeitsantritt oder Pausen die Hände zu waschen sind?	TRBA 500		
Vorsorgeuntersuchungen nach BiostoffV und Angebot einer Hepatitis-B Impfung?	§15ff. BiostoffV		
4. Desinfektionsmittel			
Flächendesinfektion: VAH-gelistet oder virusinaktivierende Wirkung nachgewiesen? Abformdesinfektion: bakterizid, fungizid, virusinaktivierende Wirkung nachgewiesen?	BGI 775/6.5 BGI 775/6.5		
Abformdesinfektion: tuberkulozide Wirkung nachgewiesen?	BGI 775/6.5		
Abformdesinfektion Herstellerbestätigung für Formstabilität & Gipskompatibilität?	BGI 775/6.5		
Abformdesinfektion VAH als Instrumentendesinfektion geprüft (Tauchbad-Gutachten)?	VAH Info 2/2006		
Alle Nachweise nach anerkannten Richtlinien [VAH (früher DGHM), DVV/RKI, ÖGHMP]?	BGI 775/6.5		
Alle Nachweise von anerkannten Instituten und aktuell?	BGI 775/6.5		
Desinfektionsmittel: Zulassungsnummer der Bundesanstalt für Arbeitssicherheit BAUA N-XXXX ist abgedruckt?	§28 ABS 11 ChemG		
Bei Desinfektionsautomaten: Entspricht das Desinfektionsmittel dem Gerätegutachten?	BGI 775/6.5		
Bei Ultraschalldesinfektion: Entspricht das eingesetzte Gerät dem Gutachten?	VAH Info2/2008		

*Bei Reinigung und Desinfektion zur Aufbereitung von Medizinprodukten zum direkt nachfolgenden Einsatz beim Patienten ist nach den „Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“, herausgegeben vom RKI zu verfahren. Neben einem Desinfektionsmittel mit CE Kennzeichnung (hier: Medizinprodukt) sind hier umfangreiche Dokumentations- und Validierungspflichten, sowie nachgewiesene Fachkenntnis (Sterilgutbeauftragter) erforderlich. Wir empfehlen daher diese Desinfektionsmaßnahmen der Arztpraxis zu überlassen.

Diese Checkliste ist urheberrechtlich im ganzen und in Teilen geschützt. Mit Angabe den Urhebers, Hans J. Schwarzmann, Schwarzmann GmbH, Team denta-d, darf sie vervielfältigt werden.